

武汉市仪器仪表研究所计量检测站

检定证书

湿字第 1706001 号

送检单位 安德利集团有限公司
计量器具名称 SF6 微量水分测试仪
型号/规格 WS-2
制造厂家 武汉华意电力科技有限公司
出厂编号 1906144
检定依据 JJG499-2004 精密露点仪检定规程
检定结论 合格



批准人 黄艳
核验员 俞言
检定员 陆士达

检定日期 2019 年 03 月 31 日
有效期至 2020 年 03 月 30 日

计量检定机构授权证书号：(武)法计(2013)B12号

电话：(027) 82605425

传真：(027) 82622255

地址：武汉市江岸区江大路 26 号

邮编：430010

一、 本次检定所使用的计量标准器具均可溯源到国家计量基准。

二、 检定环境条件

湿度： 60.0 %RH 温度： 24.0 °C

三、 检定结果

检 定 结 果

序 号	标准器示值	示值平均值	示值误差
	$T_d/^\circ\text{C}$	$T_d/^\circ\text{C}$	$\Delta T_d/^\circ\text{C}$
1	-40.37	-43.2	-2.83
2	-30.00	-32.8	-2.80
3	-20.08	-22.3	-2.22
4	-9.89	-10.0	-0.11



检定结果内容结束

计量标准器证书号：HXsp2016-3746

计量标准器编号：112E09

计量标准器名称：精密露点仪

有效期至：2019年12月25日